

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ถุงมือดูดเสมหะ ชนิดปราศจากเชื้อ แบบไม่มีแป้ง ทุกขนาด (บรรจุไม่น้อยกว่า ๔๐ ชิ้น/กล่อง)

ชื่อสามัญ : ถุงมือยางข้างเดียวสำหรับตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ ชนิดปราศจากเชื้อ แบบไม่มีแป้ง

การบรรจุและหีบห่อ : บรรจุในซองเดียว ๒ ชั้น ของลง ๑ ข้าง ของบรรจุ และ บรรจุในกล่องกระดาษกล่องละ ๔๐ ข้าง

คุณสมบัติ

๑. ถุงมือยางข้างเดียวสำหรับตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ ชนิดใช้ครั้งเดียว ชนิดปราศจากเชื้อ แบบไม่มีแป้ง (Single-use Sterile Examination Gloves Powder Free) ผิวไม่เรียบบริเวณปลายนิ้วทำจาก น้ำยางธรรมชาติ (Natural rubber latex)

๒. เป็นถุงมือปราศจากเชื้อ ใช้สำหรับตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ เพื่อป้องกันการปนเปื้อน (cross – contamination) ระหว่างผู้ป่วยและบุคคลากรทางการแพทย์

๓. รูปทรงของถุงมือถูกออกแบบให้กระชับ ใช้งานได้ดี สายมือในขณะสวมใส่ เนื้อยางยืดหยุ่น ไปตามลักษณะมือที่ขับ ไม่เกิดการตึงรังส์ในขณะใช้งาน ส่วนของผิวด้านนอกมีความสากเพื่อยึดจับอวัยวะ หรือ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้สะดวก

๔. ถุงมือด้านในเคลือบด้วยสาร polymer coating เพื่อให้ส่วนใส่ได้สะอาด

๕. ปลายขอบของถุงมือ (Cuff termination) เป็นแบบม้วนขอบ

๖. มีเบอร์บอร์ดหรือสหนาดและขนาดระบุเป็นตัวอักษร ตามมาตรฐานที่กำหนดใน มาก. ๑๐๕๙๗๕๕๙

๗. ผ่านการทดสอบการร้าวซึม AQL ≤ ๒.๕

๘. ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกมมาตามมาตรฐานทางการแพทย์ ISO ๑๑๖๗๗ และมีสติกเกอร์ เคมีที่เปลี่ยนสีที่กล่องบรรจุแสดงให้ทราบว่าผ่านการฆ่าเชื้อสมบูรณ์แล้ว

๙. บรรจุในซองเดียว ๒ ชั้น ของลง ๑ ข้าง ของบรรจุ ต้องไม่นึกขาดก่อนการใช้งาน และ บรรจุในกล่องกระดาษ กล่องละ ๔๐ ข้าง

๑๐. บรรจุภัณฑ์มีฉลากภาษาไทย แสดงรายละเอียด ผลิตภัณฑ์ , ชื่อผู้ผลิตหรือโรงงาน, ขนาด ของถุงมือ, คำเตือน, วิธีการใช้งาน, รุ่นที่ผลิต, เดือน ปี ที่ผลิต และ หมายเหตุ

๑๑. ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้ใช้

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสมบูรณ์ นัน陀โลหิต) (นางสมสมัย บุญส่อง) (นางรำไพ ศุขเกษม)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลสตูลประสังค์

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ถุงมือทำหัตถการ ชนิดปราศจากเชื้อ แบบไม่มีแป้ง ทุกขนาด (บรรจุไม่น้อยกว่า ๔๐ คู่/กล่อง)

สินค้า : ถุงมือยางสำหรับตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ ชนิดปราศจากเชื้อ แบบไม่มีแป้ง

การบรรจุและหีบห่อ : บรรจุกล่อง กล่องละ ๔๐ คู่

คุณสมบัติ

๑. ถุงมือยางสำหรับตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ ชนิดใช้ครั้งเดียว ชนิดปราศจากเชื้อ แบบไม่มีแป้ง (Single-use Sterile Examination Gloves) ผิวไม่เรียบ ทำจากน้ำยางธรรมชาติ (Natural rubber latex)

๒. เป็นถุงมือปราศจากเชื้อ ใช้สำหรับตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ เพื่อป้องกันการปนเปื้อน (cross – contamination) ระหว่างผู้ป่วยและบุคคลภาระทางการแพทย์

๓. รูปทรงของถุงมือถูกออกแบบให้กระชับ ใช้งานได้ดี สามารถมีอิเล็กทรอนิกส์ในข้อมือรวมไปด้วย ยึดหยุ่นไปตามลักษณะมือที่ขยับ ไม่เกิดการตึงร้าบในขณะใช้งาน ส่วนของผิวด้านนอกมีความสากเพื่อยึดจับ อวัยวะ หรือ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้สะดวก

๔. ถุงมือด้านในเคลือบด้วยสาร polymer coating เพื่อให้สามารถใช้ได้สะดวก

๕. ปลายขอบของถุงมือ (Cuff termination) เป็นแบบม้วนขอบ

๖. มีเบอร์บอร์รหัสขนาดและขนาดระบุเป็นตัวอักษร ตามมาตรฐานที่กำหนดใน มาตรฐาน ISO ๑๐๙๙-๒๕๕๖

๗. ผ่านการทดสอบการรั่วซึม AQL ≤ ๒.๕

๘. ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกมมาตามมาตรฐานทางการแพทย์ ISO ๑๐๗๗ และมีสติกเกอร์เคมีที่เปลี่ยนสีที่ถูกต้องบรรจุแสดงให้ทราบว่าผ่านการฆ่าเชื้อสมบูรณ์แล้ว

๙. บรรจุในซองเดียว ๒ ชั้น ของละ ๑ คู่ ซองบรรจุ ต้องไม่มีฉีกขาดก่อนการใช้งาน และ บรรจุในกล่องกระดาษ กล่องละ ๔๐ คู่

๑๐. บรรจุภัณฑ์มีฉลากภาษาไทย แสดงรายละเอียด ผลิตภัณฑ์ “ถุงมือสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ ผิวไม่เรียบ ชนิดปราศจากเชื้อ แบบไม่มีแป้ง ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติ”. ชื่อผู้ผลิตหรือ โรงงาน, ขนาดของถุงมือ, คำเตือน, วิธีการใช้งาน, รุ่นที่ผลิต, เดือน ปี ที่ผลิต และ หมวดอายุ

๑๑. ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกมมาตามมาตรฐานทางการแพทย์ ISO ๑๐๗๗ และมีสติกเกอร์เคมีที่เปลี่ยนสีที่ถูกต้องบรรจุแสดงให้ทราบว่าผ่านการฆ่าเชื้อสมบูรณ์แล้ว

๑๒. ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้ใช้

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....

กรรมการ (ลงชื่อ).....

(นางสมบูรณ์ นันโนโลหิต)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางสมสมัย บุญส่อง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางรำไพ ศุขเกษม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ